

INSTALLATIONSVEJLEDNING TERMODYP BADVARMER

Termodyp badvarmere er klassificeret som IP55 (stråletæt). Nedenstående punkter skal overholdes af hensyn til badvarmerens funktionsdygtighed samt overholdelse af tæthedsklassifikationen.

- 1) Badvarmeren skal hænge lodret ned fra kanten af karret, således at væsken kan cirkulere frit omkring den.
- 2) Badvarmeren skal anbringes, således at væsken altid dækker den varme zone på badvarmeren og væsken må aldrig komme under minimumsmærket, som indikerer laveste væskestand.
- 3) Badvarmerens top skal være minimum 50 mm over væskestanden.
- 4) Badvarmerens hætte skal anbringes, så temperaturen omkring hættens ikke overstiger 70°C.
- 5) Tilslutning til det elektriske forsyningsnet skal ske i henhold til stærkstrømsreglementet.
- 6) Ved udskiftning af kabel er det vigtigt, at den aftagelige tilslutningsdåse bliver korrekt monteret for at sikre, at badvarmeren er tæt.
- 7) Inden badvarmeren tages op af væsken, skal den slukkes og badvarmeren skal nedkøles til badtemperatur. For badvarmere fremstillet i glas eller porcelæn, skal den være nedkølet til rumtemperatur, ellers kan man risikere at røret revner. Det er vigtigt, at badvarmeren er nedkølet så meget, at den ikke forårsager brand i letantændelige materialer.
- 8) Det bør jævnligt kontrolleres, om der afsættes et lag fastbrændt materiale uden på badvarmeren. Dette lag bør fjernes for at øge badvarmerens levetid.

